

Bijkomende nota 1

1 Dossiertaks

Het bewijs van de betaalde dossiertaks werd toegevoegd aan het omgevingsdossier.

Projectinformatie – Dossiertaks

2 Algemeen

Het type verandering werd aangepast naar “een ander verandering dan een beperkte verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit”.

3 Voorwerp van de aanvraag

De optimalisatie van de laboratoria omvat voor de HOGENT een nieuw labo Microbiologie, deze omvat drie lokalen. Het ‘oude’ laboratorium is ook nog in gebruik.

Toelichting sectorale voorwaarden bij de optimalisatie van de labo's.

- *Bioveiligheidscoördinator:* De HOGENT hebben in samenwerking met Perseus een externe coördinator. UGent heeft een interne coördinator aangesteld. Het comité komt jaarlijks bijeen.
- *Risicoanalyse/Inperkings- en andere beschermingsmaatregelen:* De HOGENT heeft een toelating van ingeperkt gebruik. Deze is onlangs bijgewerkt en wordt als bijlage toegevoegd bij het voorwerp van de aanvraag. Een risicoanalyse is uitgevoerd want dit is noodzakelijk voor een toelating van ingeperkt gebruik.
- *Verplichtingen van de gebruiker en toezicht:* De houders van het bioveiligheidsdossier treden op als aanspreekpunt van de betrokken bioveiligheidslabo's. Zij houden toezicht op de dagdagelijkse werking en organiseren minstens 1 keer een gebruikersoverleg met alle betrokkenen die in de betreffende labo's komen. Jaarlijks wordt er een onaangekondigde bioveiligheidsaudit, samen met de externe bioveiligheidscoördinator, en vervolgens wordt er een verslag gemaakt van de bevindingen.
- *Ongeval:* Bij ongevallen moet er een meldingsformulier opgesteld worden en naar de dienst Interne Preventie, Milieu en Welzijn (DPMW). Daarnaast is er in elk laboratorium een biospillkit met geschikte ontsmetting die wordt opgemaakt op basis van de risicoanalyse. Deze is specifiek per ruimte.

4 Rubriekentabel

Rubriek 16.3.2.b): de vermindering werd nu correct weergegeven bij gecoördineerde toestand in de rubriekentabel.

Rubriek 17.1.2.1.2°: Er zal een uitbreiding plaatsvinden van 300 liter voor de gassen van groep 1. Vervolgens wordt er een uitbreiding van 250 liter gerealiseerd voor de gassen van groep 3. Ten slotte zal de hoeveelheid van de gassen in groep 4 met 630 liter worden vermeerderd.

5 Toestellen

Rubriek 16.3.2.b): Het totaal vermeld in de toestellenlijst komt overeen met het aangevraagde in de rubriekentabel.

In de toestellenlijst wordt nu naar het juiste plan vermeld die zijn opgeladen.

6 Plannen

De deelplannen zijn gesitueerd op een groter globaal plan.

7 Effecten

Effecten op omgeving – Risico op ongevallen en rampen:

Het risico op ongevallen en rampen wordt verminderd door de gasopslag enkel toegankelijk te maken langs buiten. Er is geen rechtstreekse toegang vanuit de lokalen binnen. De gasflessen worden opgeslagen volgens de regels, leeg en vol worden gescheiden. Daarnaast worden de gasflessen vastgemaakt met een ketting. De scheidingsregels worden nageleefd want de opslag bevindt zich in twee aparte lokalen.

Biodiversiteit:

Bevestiging gekregen van dossierbehandelaar (Vikki Scholdis) dat een stikstofnota niet nodig is. Het gaat over een actualisatie van de omgevingsvergunning en er treedt geen verandering op van het aantal voertuigbewegingen of in de hoeveelheid stookinstallaties.

RE: OMV_2024143369 HOGENT campus Schoonmeersen

 Scholdis Vikki <vikki.scholdis@oost-vlaanderen.be>
To: Mira Kempen

  Reply  Reply All  Forward  

do 31/07/2025 14:27

 You forwarded this message on 31/07/2025 14:31.

Van: Mira Kempen <mira.kempen@tauw.com>
Verzonden: donderdag 31 juli 2025 11:01
Aan: Scholdis Vikki <vikki.scholdis@oost-vlaanderen.be>
Onderwerp: OMV_2024143369 HOGENT campus Schoonmeersen

Beste,

We hebben de opmerking ontvangen dat ons dossier (OMV_2024143369) onvolledig is, onder andere met betrekking tot het biodiversiteitsdeel. Naar onze mening is het opstellen van een stikstofnota in dit geval niet noodzakelijk. Dit betreft immers de actualisatie van de omgevingsvergunning, en de voertuigbewegingen en de stookinstallatie hebben geen veranderingen ondergaan. Is dit voldoende reden om de stikstofnota achterwege te laten?

Met vriendelijke groeten,

Mira Kempen
Milieu consultant

TAUW België nv
Remylaan 4C, Bus 3
3018 Leuven (Wijgmaal)
M +32468144593



RE: OMV_2024143369 HOGENT campus Schoonmeersen

 Scholdis Vikki <vikki.scholdis@oost-vlaanderen.be>
To: Mira Kempen

  Reply  Reply All  Forward  

do 31/07/2025 14:27

 You forwarded this message on 31/07/2025 14:31.

Caution: This message was sent from an external source. Please do not click on links or open attachments unless you have verified the authenticity of the sender and know the content is safe. Please report all suspicious emails via [TOPdesk](#).

Beste

Dat kan zeker, maar gelieve dit vervolgens zo in te vullen in het luik biodiversiteit.
Bij de eerste/derde vraag kan u in het invulveld onderstaande toelichting invullen en bij vraag 2 kan u 'neen' aanvinken.

Mvg,



Vikki Scholdis
Milieudeskundige

dienst Omgevingsvergunningen (Leefmilieu)
Provincie Oost-Vlaanderen
Charles de Kerchovelaan 189, 9000 Gent
tel. 09 267 78 91
www.oost-vlaanderen.be
Great Place to Work

Deze informatie werd ook ingevuld in het omgevingsloket.

8 Confidentieel

Dit punt werd ingevuld.

Bijkomende nota 2

9 Rubriekentabel

Rubriek 16.3.2.b): alle beschreven hoeveelheden werden naar het correcte aangepast. Het gaat om een gezamenlijk vermogen van 510,53 kW.

Rubriek 17.1.2.1.2°: in zowel de rubriekentabel als in het R-addendum werd verder verduidelijkt in welk gebouw de opslaglokalen zich bevinden.

10 Projectinformatie

De toelichting werd zoals gevraagd toegevoegd bij **extra informatie**. De bijkomende nota's worden samengevoegd tot 1 document.

11 Toestellen

Rubriek 16.3.2.b): Beide documenten worden op elkaar afgestemd. De compressoren hebben een gezamenlijk vermogen van 42,94kW.

12 Effecten

Het deel **Biodiversiteit - onder effecten op de omgeving** werd zoals gevraagd aangevuld.

Bijkomende nota 3

13 Rubriekentabel

Rubriek 16.3.2.b): alle beschreven hoeveelheden zijn aangepast naar de correcte waarden. Het totale gezamenlijke vermogen bedraagt 510,53 kW, inclusief 42,94 kW afkomstig van de geïnstalleerde compressoren.