

Aanmaakdatum: 24.09.2026

Vergunde toestand			Voorwerp van de vraag			Gecoördineerde toestand				
Indelings- rubriek zoals vergund	Omschrijving zoals vermeld in de vergunning	Totale hoeveel- heid	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid	Actuele indelings- rubriek	Klasse	Omschrijving	Totale hoeveel- heid	Nummer (s) op uit- voerings- plan
16.3.1°	Diverse koelinstallaties en airco's met een totaal CO2-equivalent van 2.010 ton.	2 010,00 ton	Niet langer van toepassing	---	---	---	---	---	---	---
9.7.a).1°	Een animalarium voor het houden van maximaal 376 knaagdieren.	376,00 knaagdieren	Niet langer van toepassing	---	---	---	---	---	---	---
39.2.1°	Een autoclaaf met een waterinhoudsvermogen van 880 l.	880,00 liter	Niet langer van toepassing	---	---	---	---	---	---	---
3.2.2°a)	De lozing van maximaal 10,5 m³/uur; 41,5 m³/dag en 10.550 m³/jaar aan huishoudelijk afvalwater via 5 lozingspunten in de openbare riolering.	10,50 m³/u	Hernieuwing	---	---	3.2.2°a)	3	De lozing van maximaal 10,5 m³/uur; 41,5 m³/dag en 10.550 m³/jaar aan huishoudelijk afvalwater via 5 lozingspunten in de openbare riolering.	10,50 m³/u	LP_HAW_xx
3.4.2°	De totale lozing van maximaal 2,5 m³/uur; 11 m³/dag en 2.750 m³/jaar aan bedrijfsafvalwater via 2 lozingspunten in de openbare riolering van de Ottergemsesteenweg.	2,50 m³/u	Hernieuwing	---	---	3.4.2°	2	De totale lozing van maximaal 2,5 m³/uur; 14 m³/dag en 2.750 m³/jaar aan bedrijfsafvalwater via 2 lozingspunten in de openbare riolering van de Ottergemsesteenweg.	2,50 m³/uur	LP_BAW_xx
16.3.2°b)	Diverse luchtcompressoren, airco's en koelinstallaties met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 630 kW.	630,00 kW	Verandering	Vermindering van het vermogen door vervangingen en buitengebruikstellingen.	-130,00 kW	16.3.2°b)	2	Diverse luchtcompressoren, airco's en koelinstallaties met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 500 kW.	500,00 kW	zie toestellenlijst voor verwijzing
17.1.2.1.2°	De opslag van maximaal 5.600 l diverse gassen in verplaatsbare recipiënten.	5 600,00 liter	Verandering	Vermindering van gasopslag door verhuisbewegingen en herstructurering.	-840,00 liter	17.1.2.1.2°	2	De opslag van maximaal 4.760 l diverse gassen in verplaatsbare recipiënten.	4 760,00 liter	Zie addendum R17.1.2
---	---	---	Nieuw	De opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 van maximaal 0,5 ton.	0,50 ton	17.3.2.1.2.1°	3	De opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 van maximaal 0,5 ton.	0,50 ton	Zie voorraad Heymans

17.3.2.2.2°c)	De opslag van maximaal 11,1 ton aan diverse ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten.	11,10 ton	Verandering	Vermindering van de opslag van diverse ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten.	-5,60 ton	17.3.2.2.2°b)	2	De opslag van maximaal 5,5 ton aan diverse ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten.	5,50 ton	Zie voorraad Heymans
---	---	---	Nieuw	De opslag van maximaal 150 kg	150,00 kg	17.3.2.3.1°b)	3	De opslag van maximaal 150 kg	150,00 kg	Zie voorraad Heymans
17.3.4.1°b)	De opslag van maximaal 1,55 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten.	1,55 ton	Hernieuwing	---	---	17.3.4.1°b)	3	De opslag van maximaal 1,55 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten.	1,55 ton	Zie voorraad Heymans
17.3.5.2°b)	De opslag van maximaal 4,35 ton aan giftige stoffen.	4,35 ton	Verandering	Vermindering van de opslag aan giftige stoffen met 2,65 ton	-2,65 ton	17.3.5.2°b)	2	De opslag van maximaal 1,7 ton aan giftige stoffen.	1,70 ton	Zie voorraad Heymans
17.3.6.2°b)	De opslag van maximaal 14 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten.	14,00 ton	Verandering	De vermindering van de opslag aan schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten.	-7,50 ton	17.3.6.2°b)	2	De opslag van maximaal 6,5 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten.	6,50 ton	Zie voorraad Heymans
17.3.7.2°b)	De opslag van maximaal 5,35 ton aan op lange termijn voor de gezondheid gevaarlijke vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.	5,35 ton	Verandering	Vermindering van de opslag met 0,85 ton	-0,85 ton	17.3.7.2°b)	2	De opslag van maximaal 4,5 ton aan op lange termijn voor de gezondheid gevaarlijke vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.	4,50 ton	Zie voorraad Heymans
17.3.8.2°	De opslag van maximaal 4,55 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen, in verplaatsbare recipiënten.	4,55 ton	Verandering	De vermindering van de opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen, in verplaatsbare recipiënten.	-3,35 ton	17.3.8.1°	3	De opslag van maximaal 1,2 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen, in verplaatsbare recipiënten.	1,20 ton	Zie voorraad Heymans
17.4	De opslag van maximaal 5.000 kg diverse gevaarlijke producten in kleine recipiënten.	5 000,00 kg	Hernieuwing	---	---	17.4.	3	De opslag van maximaal 5.000 kg diverse gevaarlijke producten in kleine recipiënten. Het betreft onderhouds- en reinigingsproducten.	5 000,00 kg	Verspreid over de site
24.3	174 laboratoria voor onderzoek en onderwijs met een totale oppervlakte van 7.805 m².	174,00 laboratoria	Verandering	vermindering van het aantal laboratoria door verhuisbewegingen en herstructurering	-62,00 laboratoria	24.3.	2	112 laboratoria voor onderzoek en onderwijs	112,00 laboratoria	geel ingekleurd

43.1.2°b)	4 nieuwe stookinstallaties op aardgas met elk een nominaal thermisch vermogen van 600 kW tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 2.400 kW.	2 400,00 kW	Hernieuwing	---	---	43.1.2°b)	2	4 stookinstallaties op aardgas met elk een nominaal thermisch vermogen van 600 kW tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 2.400 kW.	2 400,00 kW	91.03.150 .005
46.1°b)	Een wasserij met een geïnstalleerde drijfkracht van 18,0 kW.	18,00 kW	Verandering	3 wasmachines in de gebouwen van de faculteit Farmaceutische Wetenschappen	7,50 kW	46.1°b)	3	Een wasserij met een geïnstalleerde drijfkracht van 25,5 kW.	25,50 kW	xxx
51.1.1°	Laboratoria voor biotechnologische onderzoek en onderwijs met gebruik van GGO's van maximaal risiconiveau 1 met een totale oppervlakte van 1.212 m².	1 212,00 m²	Verandering	Correct van het aantal lokalen en hun gebruik.	-598,00 m²	51.1.1°	3	Laboratoria voor biotechnologische onderzoek en onderwijs met gebruik van GGO's van maximaal risiconiveau 1 met een totale oppervlakte van 614 m².	614,00 m²	Zie bijlage R51
51.1.2°	Biotechnologische laboratoria voor onderzoek en onderwijs met gebruik van GGO's van maximaal risiconiveau 2 met een totale oppervlakte van 912 m².	912,00 m²	Verandering	Correct van het aantal lokalen en hun gebruik.	-276,00 m²	51.1.2°	1	Biotechnologische laboratoria voor onderzoek en onderwijs met gebruik van GGO's van maximaal risiconiveau 2 met een totale oppervlakte van 636 m².	636,00 m²	Zie bijlage R51
51.2.1	Biotechnologische laboratoria voor onderzoek en onderwijs met gebruik van pathogene organismen van maximaal risiconiveau 2 met een totale oppervlakte van 912 m².	912,00 m²	Verandering	Correct van het aantal lokalen en hun gebruik.	582,00 m²	51.2.1°	1	Biotechnologische laboratoria voor onderzoek en onderwijs met gebruik van pathogene organismen van maximaal risiconiveau 2 met een totale oppervlakte van 1494 m².	1 494,00 m²	Zie bijlage R51